



HZJZ

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb

T: +385 1 4863 222

F: +385 1 4863 366

p.p. 161

www.hzjz.hr

Zagreb, 09.05.2017. godine

Klasa: 406-09/17-09/77

Ur.broj: 381-09-92-17-1

Broj poziva: U 24/17

PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Hrvatski zavod za javno zdravstvo upućuje Vam Ponovljeni poziv na dostavu ponude za predmet nabave:

Isporuka i montaža laboratorijske ispitne komore za pripremu uzoraka duhana prema točki 5.3 norme HRN ISO 4389:2007.

Sukladno članku 12. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Hrvatski zavod za javno zdravstvo nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je:

„Isporuka i montaža laboratorijske ispitne komore za pripremu uzoraka duhana prema točki 5.3 norme HRN ISO 4389:2007“ sukladno Troškovniku iz *Priloga 4. ovog Ponovljenog Poziva.*



Opis predmeta nabave: Ispitna komora prema normi HRN 4389:2007, koja će se koristiti za pripravu uzoraka duhana za određivanje organokloriranih pesticida u duhanskim proizvodima.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 85.650,00 kn.

2. UVJETI NABAVE:

- Način izvršenja: ugovor
- Rok isporuke i montaže: 30 dana od potpisivanja ugovora
- Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana otvaranja ponude
- Mjesto izvršenja: Laboratorij Naručitelja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, II kat.
- Rok, način i uvjeti plaćanja: plaćanje temeljem sklopljenog ugovora i spostavljenog računa u roku od 30 dana od dana izvršene primopredaje
- Jamstvo na opremu: 2 godine od dana isporuke i potpisivanja primopredajnog zapisnika.

Cijeni ponude: U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijenu je potrebno prikazati na način da se iskaže cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a te cijena ponude sa PDV-om.

Ponude kod kojih nisu popunjene sve stavke troškovnika smatrat će se neprihvatljivima. Jedinične cijene u Troškovniku su nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.

- Kriterij odabira ponude: Najniža cijena

Za odabir je dovoljna jedna prihvatljiva ponuda.

Nije dopuštena varijantna ponuda.

Ponuda se obavezno predaje u papirnatom obliku u izvorniku, na način da se sva prazna mjesta u ponudbenoj dokumentaciji popune jasno tiskanim slovima i pišu neizbrisivom tintom. Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju može se ispravljati na način da su ispravci vidljivi i dokazivi, s datumom i potvrdom ispravka pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.



Ponuda sa svim traženim priložima, osim kataloga ili prospekata te certifikata podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Katalozi, prospekti ili certifikati mogu biti na stranom jeziku.

Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponuda.

Ponude se moraju označiti rednim brojem stranice kroz ukupni broj stranice ili obrnuto.

3. PONUDITELJ MORA DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKAZE SPOSOBNOSTI:

3.1 Izjava o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 251. stavka 1. točke 1. podtočke a)-f) Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) koju daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ovjerena od javnog bilježnika. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca, računajući od dana slanja poziva za dostavu ponude (potpisana izjava o nekažnjavanju iz Priloga 1. ovog *Poziva*).

3.2 *Potvrdu porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponude.*

3.3 *Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi njegova nastana. Ako se on ne izdaje u državi njegova nastana, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca od dana slanja poziva za dostavu ponude.*

3.4 *Potpisane Izjave iz Priloga 2. ovog Ponovljenog poziva.*

4. PONUDBENI LIST (ispunjen, potpisan i ovjeren pečatom od strane ponuditelja)

5. TROŠKOVNIK I UPUTE PRUŽANJE USLUGA (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

6. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja na ponudbenom listu i troškovniku iz ovog *Ponovljenog poziva* na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Rok za dostavu ponude: 18.05.2017 godine do 12.00 sati

Način dostave ponude: Ponuda se dostavlja u Uredžbeni zapisnik na adresi naručitelja, osobno ili poštom s naznakom na omotnici „Poziv na dostavu ponude“; predmet nabave: „Isporuka i montaža laboratorijske ispitne komore za pripravu uzoraka duhana prema točki 5.3 norme HRN ISO 4389:2007“.

Mjesto otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda održat će se: 18.05.2017 godine u 12:00 sati u prostorijama Naručitelja. Otvaranje ponuda nije javno.

Kontakt osoba u vezi predmeta nabave: Vesna Ožanić Šinkovec, stuč.spec.oec.

Tel. broj.: 01/4863 – 246, E-mail: vesna.sinkovec@hzjz.hr

Kontakt osoba Naručitelja u vezi tehničkih pitanja: Mladen Bažulić,ing.

Tel. broj: 098414725, E-mail: mladen.bazulic@hzjz.hr

Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Naručitelj će ponuditelju dostaviti pisanu obavijest o rezultatima nabave.

S poštovanjem,

Ravnatelj Zavoda

doc.dr.sc.Krunoslav Capak, prim.dr.med



Prilog 1.

IZJAVA (o nekažnjavanju)

Temeljem članka 251. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), dajem sljedeću

IZJAVU

Ja, _____ (ime i prezime), OIB: _____ iz _____ izjavljujem da mi nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od slijedećih kaznenih djela prema Kaznenom zakonu RH ili prema nacionalnim propisima čiji je osoba državljanin:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji (članak 328. , 329. i 333.)

b) korupciju

(čl. 252.,253.,254.,291.,292.,293.,294.,295.,296.,294a.,294b.,337.,338.,343.,347.,i 348.)

c) prijevare (čl.236.,247.,256.,258., 224.,293., i 286.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima (čl. 97., 99.,100.,101., 102., 169.,169a.,169b.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma (čl. 98., 265., 279.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima (čl. 106., i 175.)

Ovu izjavu dajem osobno, za sebe, kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta

_____ (tvrtka), OIB: _____ sa

sjedištem u _____.

U _____, _____ 2017. godine.

Ponuditelj:

M.P

(potpis ovlaštene osobe za zastupanje)

Prilog 2.

IZJAVE

- 1.1. Svojim potpisom i štambiljem potvrđujem da su nam poznate odredbe iz zahtjeva za dostavu ponude, da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijenu koju smo naveli u ovoj ponudi.
- 1.2. Preuzimamo obvezu, ukoliko naša ponuda bude odabrana, izvršiti traženu isporuku *roba/usluga/radova* u roku od isporuke navedene u ponudi.
- 1.3. Plaćanje izvršene usluge obavljat će se temeljem ispostavljenog računa u roku 30 dana od izvršene isporuke *roba/usluga/radova*, prema narudžbenici Naručiitelja, na naš IBAN kod poslovne banke:

U _____

Potpis i pečat ponuditelja

Prilog 3.

PONUDBENI LIST

PREDMET NABAVE:

**ISPORUKA I MONTAŽA LABORATORIJSKE ISPITNE KOMORE ZA PRIPRAVU
UZORAKA DUHANA PREMA TOČKI 5.3 NORME HRN ISO 4389:2007**

NARUČITELJ: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, ZAGREB,
ROCKEFELLEROVA 7, OIB 75297532041

NAZIV PONUDITELJA: _____

ADRESA: _____

OIB: _____

BROJ RAČUNA (IBAN): _____

PONUĐITELJ U SUSTAVU PDV-A (zaokružiti) DA NE

CIJENA PONUDE (bez PDV-a) _____

PDV: _____

CIJENA PONUDE (s PDV-om) _____

Broj ponude: _____

Datum ponude: _____

(potpis i pečat ponuditelja)

Prilog 4.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Isporuka i montaža laboratorijske ispitne komore za pripremu uzoraka duhana prema točki 5.3 norme HRN ISO 4389:2007

| Red . br. | MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | Potvrda tehničkih karakteristika (DA/NE) | Primjedbe i brojevi stranica iz prevedenog kataloga |
|-----------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Laboratorijska ispitna komora (model, tip, proizvođač, zemlja porijekla): Kom 1 | | |
| | Opće karakteristike | | |
| 1. | Uređaj kompletno napravljen iz inox nehrđajućeg materijala (radni prostor, vanjsko kućište , svi nosači i police unutar radnog prostora) mobilan na kotačima | | |
| 2. | Napon / Snaga : 220-230 V, 50-60Hz / 2000W | | |
| 3. | Radna temperatura : min. od +0°C do +80°C - režim rada bez vlage | | |
| 4. | Radna temperatura : min. od +15°C do +40°C - režim rada sa vlagom | | |
| 5. | Radna vlaga :min. od 25% do 98% | | |
| 6. | Rezolucija prikaza, regulacije i podešavanja temperature 0,1°C , vlage 1% | | |
| 7. | Radni volumen 200 litara | | |
| 8. | Police unutar komore (5 kom minim) podesive po visini, izrađene od inoxa W.Nr. 1.4301 – Aisi 304 | | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 9. | Vrata iz specijalnog trostrukog izo stakla ugrađenog u inox okvir sa UV zaštitnom folijom stakla ili UV zaštitnim premazom stakla koji blokira štetnost i izlaganje UV zračenju preko 99% za zaštitu operatera | | |
| 10. | Sustav zaštite : 1. Termokapilarni osigurač na grijaču; 2. Prednaponska zaštita kompletnog aparata; 3. Programska zaštita odstupanja temperature od zadane | | |
| 11. | USB port za prijenos pohranjenih podataka datalogera | | |
| 12. | UV lampa – simulacija sunčeve svjetlosti | | |
| 13. | Neonska rasvjeta (supermarket simulacija) | | |
| 14. | Mikroprocesorski sustav regulacije i procesa rada sa touch lcd ekranom – istovremenim prikazom i kontrolom temperature, vremena / samog procesa ispitivanja materijala, kao i brojem aktivnog programa | | |
| 15. | Minim 10 programa za konfiguriranje metoda ispitivanja - Svi programi su dostupni - otključani korisniku | | |
| 16. | Individualno podešavanje dodatnih parametara različitih metoda rada (termostatiranje proizvoda na određenoj temperaturi i vlagi kroz period, paljenje/gašenje neonske rasvjete i UV rasvjete za simulaciju sunčeve | | |
| 17. | Ekran regulatora je 320 × 240 pixela, 3.5" , TFT , osjetljiv na dodir | | |
| 18. | Regulator sa integriranim datalogerom sa automatskom funkcijom pohrane zapisa | | |
| 19. | OSTALO | | |
| 20. | Automatska detekcija grešaka prilikom rada | | |
| 21. | Kompresno hlađenje za temperatura nižih od temperature ambijenta – prostora u kojem se aparat nalazi) | | |
| 22. | Četverožilna Pt1000 sonda - senzor klase A, rezolucija 0,1°C | | |
| 23. | Četverožilna Rh sonda - senzor klase A, rezolucija 0,1% Rh | | |
| 24. | Ventilatori i ventilacijski otvori za fluktaciju zraka – atmosfere unutar radnog prostora aparata kako bi osiguralo temperaturne gradijente i zasićenost vlage u svim područjima rada. | | |
| 25. | Integrirani spremnik za vodu, kapacitet min. 5 litara | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 26. | Aparat je mobilan na kotačima | | |
| 27. | Edukacija tehničkog osoblja u laboratoriju s ovlaštenim serviserom trajanju od 1 radnog dana | | |
| 28. | Instalacija komore | | |
| 29. | Jamstveni rok 24 mjeseca od datuma instalacije | | |
| 30. | Priložiti dokumentaciju uređaja sa uputstvima za rad na hrvatskom jeziku | | |
| 31. | Osiguran servis i rezervni dijelovi unutar i izvan jamstvenog roka minim 10. godina | | |

(potpis i pečat ponuditelja)

Prilog 5

TROŠKOVNIK

| Redni broj | Naziv | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Cijena za ukupnu količinu (u kn) |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|
| 1. | Laboratorijska ispitna komora | 1 | | |
| | | | CIJENA bez PDV-a u kn | |
| | | | PDV (____ %) u kn | |
| | | | Ukupna cijena s PDV-om u kn | |

(potpis i pečat ponuditelja)