

PREDMET NABAVE: NASTAVCI ZA EPPENDORF PIPETU- AKREDITIRANI

ŠIFRA	NAZIV	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	OKVIRNA KOLIČINA ZA 2016	PROIZVOĐAČ	KATALOŠKI BROJ	JM	PAKIRANJE	JEDINIČNA CIJENA MATERIJALA (kn/JM)		VRIJEDNOST PONUDE (bez PDV-a)
								bez PDV-a	s PDV-om	
2102-002	Nepigmentirani nastavci za Eppendorf pipetu volumena 2-200µl		3360			Kom				
2102-003	Nepigmentirani nastavci za Eppendorf pipetu volumena 2-1000µml		3840			Kom				
2102-005	Nepigmentirani nastavci za Eppendorf pipetu volumena 2-200µml		3000			Kom				
2102-007	Nepigmentirani nastavci volumena 50-1000µl, reloads PCR clean	sterilni, graduirani, sa certifikatom za PCR upotrebu (za svaki isporučeni lot) kompatibilni i testirani za promjenjivu Eppendorf pipetu, uz predočenje certifikata o tehničkim karakteristikama preciznosti i točnosti sukladno normi HRN ISO 8655 pakiranje u pladnjevima	1440			Kom				
2102-008	Nepigmentirani COMBITIPS PLUS BIOPUR nastavci volumena 10mL	sterilni, graduirani, kompatibilni i testirani za Eppendorf multipipetu, pojedinačno pakiranje	1600			Kom				
2102-012	Nepigmentirani COMBITIPS PLUS BIOPUR nastavci volumena 5mL	sterilni, graduirani, kompatibilni i testirani za Eppendorf multipipetu, pojedinačno pakiranje	1200			Kom				
2102-016	Nepigmentirani nastavci volumena 0,1-10µL reloads PCR clean	graduirani, kompatibilni i testirani za promjenjivu Eppendorf research pipetu, pakiranje u pladnjevima	5760			Kom				
2102-017	Nepigmentirani nastavci s filterom volumena 0,1-10µL (PCR-clean),	sterilni, graduirani, ne kraći od 40 mm, s filterom, kompatibilni i testirani za Eppendorf pipetu, pakiranje u kutiji	480			Kom				
2102-024	Nepigmentirani nastavci s filterom volumena 50-1000µL, (PCR clean)	sterilni, graduirani, s filterom, kompatibilni i testirani za Eppendorf pipetu, uz predočenje certifikata o tehničkim karakteristikama preciznosti i točnosti sukladno normi HRN ISO 8655, pakiranje u kutijama	480			Kom				

2102-038	Nepigmentirani nastavci volumena 2-200 µL,	graduירani, sterilni (potvrda o sterilnosti za svaki isporučeni lot), kompatibilni i testirani za Eppendorf pipetu, uz predočenje certifikata o tehničkim karakteristikama preciznosti i točnosti sukladno normi HRN ISO 8655, pakiranje u kutijama (box)	960								
2102-040	Nepigmentirani nastavci, volumena 50-1000 µL,	graduירani, sterilni (potvrda o sterilnosti za svaki ispručen lot) , kompatibilni i testirani za Eppendorf pipetu promjenjivog volumena, uz predočenje certifikata o tehničkim karakteristikama preciznosti i točnosti sukladno normi HRN ISO 8655, pakiranje u kutijama (box)	960								
2102-044	Nepigmentirani nastavci volumena 100-5000µL	graduירani, kompatibilni i testirani za promjenjivu Eppendorf research pipetu, uz predočenje certifikata o tehničkim karakteristikama preciznosti i točnosti sukladno normi HRN ISO 8655, pakiranje u vrećicama	1050								
2102-044	Nepigmentirani nastavci volumena 100-5000µL	graduירani, kompatibilni i testirani za promjenjivu Eppendorf research pipetu, uz predočenje certifikata o tehničkim karakteristikama preciznosti i točnosti sukladno normi HRN ISO 8655, pakiranje u vrećicama	1050								
2102-049	Nepigmentirani nastavci za Eppendorf pipetu volumena 50-1250 µl, PCR clean	sterilni, sa dvostrukim filterom, DNA free, DNA-se free, RNA-se free, pyrogen free	1920								

ROK ISPORUKE:
ROK PLAĆANJA:
DATUM:

Potpis i pečat ponuditelja:

Ukupno:	
PDV:	
Sveukupno:	