

GRUPA 3 : SISTEMI ZA IDENTIFIKACIJU I TESTIRANJE OSJETLJIVOSTI Mycoplasma sp./Ureaplasma sp.
Poziv na ponudu 38/16

ŠIFRA	NAZIV	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	OKVIRNA KOLIČINA ZA 2016	PROIZVOĐAČ	KATALOŠKI BROJ	JM	PAKIRANJE	JEDINIČNA CIJENA MATERIJALA (kn/JM)		VRIJEDNOST PONUDE (bez PDV-a)
								bez PDV-a	s PDV-om	
1304-002	Test identifikacije i osjetljivosti za Mycoplasma sp./Ureaplasma sp.	što veći broj ponuđenih antibiotika u testu osjetljivosti trebao bi biti prilagođen ponudi antibiotika na našem tržištu; test mora sadržavati minimalno sljedeće antibiotike: eritromicin, azitromicin, klaritromicin, tetraciklin, doksicilin i ciprofloksacin	1800			Test				
								Ukupno:		
								PDV:		
								Sveukupno:		

ROK ISPORUKE:
ROK PLAĆANJA:
DATUM:

Potpis i pečat ponuditelja: