

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

ZAGREB, ROCKEFELLEROVA 7

Zagreb, 24.11.2017.

Kasa: 406-10-17-09/128

Urbroj: 381-09-92-17-2

Broj poziva: O 15/17

Predmet: Odgovor potencijalnom ponuditelju na dostavljen upit u predmetu nabave:

PCR uređaj s praćenjem reakcija u realnom vremenu (real-time PCR uređaj) za detekciju gena za produkciju stafilokoknih enterotoksina (u skladu s EURL metodom „Identification of Staphylococcus aureus and detection of S. aureus enterotoxin genes by real-time PCR“) i patogena u hrani - Listeria monocytogenes, HAV, Norovirus (u skladu s HRS CEN ISO/TS 15216-2:2013).

Objašnjenje za upit:

1. U tehničkoj specifikaciji tražite reakcijski volumen 10-30 ul. Hoćete li prihvatiti instrument koji ima reakcijski volumen 5-20 ul uz iste ili bolje ostale tražene tehn. Karakteristike?

Naručitelj odgovara:

Sukladno Pozivu na dostavu ponude potreban je reakcijski volumen do 30μl.

2. Obzirom da je rok za isporuku instrumenta izrazito kratak, hoćete li prihvatiti izložbeni, demo primjerak instrumenta uz puno jamstvo proizvođača?

Naručitelj odgovara:

Ne, zbog izvora financiranja bitan nam je navedeni datum isporuke.

3. Može li se edukacija korisnika obaviti u Siječnju iduće godine?

Naručitelj odgovara:

Edukaciju želimo odmah po isporuci na našem instrumentu u laboratoriju, sa našim uzorcima.

Stručno povjerenstvo