

Klasa: 406-09/18-09/126

Ur.broj: 381-09-92-18-2

Broj poziva: O 11/18

Zagreb, 17.07.2018. godine

**Predmet: Odgovor potencijalnom ponuditelju na dostavljeni upit u predmetu nabave Nabava,
isporuka i montaža hladnjaka i zamrzivača**

Potencijalni ponuditelj je zatražio pojašnjenja/ Izmjene:

1. Kolika je tražena temperatura hladnjaka za podloge- Stavka 6 u troškovniku (da li je hladnjak ili thermostat/ incubator)?

Naručitelj odgovara:

Tražena temperatura za hladnjak za podloge je: **0°C – 8°C.**

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Stručno povjerenstvo