



HZJZ

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Rockefellerova 7

HR-10000 Zagreb

T: +385 1 4863 222

F: +385 1 4863 366

p.p. 161

www.hzjz.hr

Klasa: 406-09/18-09/130

Ur.broj: 381-09-92-18-5

Zagreb, 30.08.2018.

Predmet: Izmjena troškovnika za Grupu 18: Kolone za GC za analitičke metode određivanja ugljikovodika u postupku jednostavne nabave za predmet KOLONE ZA KROMATOGRAFIJU, broj poziva 67/18

Potencijalni ponuditelj je uputio zahtjev za pojašnjenjem. Naručitelj daje odgovor i pojašnjenje te mijenja troškovnik kojeg prilaže uz ovu obavijest.

Grupa 18: Kolone za GC za analitičke metode određivanja ugljikovodika

- Potencijalni ponuditelj traži pojašnjenje koju selektivnu fazu Naručitelj traži, budući da je u troškovniku navedeno „Kolona sa selektivnom fazom 6%-cyanopropyl-phenyl-94% dimethyl-polysiloxane (30m, 0,25mm, 0,25 µm) w/10m Guard, kao Zebron ZB-5MS“ a Zebron ZB-5MS kao selektivnu fazu sadrži 5%-cyanopropyl-phenyl-94% dimethyl-polysiloxane.
- Naručitelj odgovara: Tražena kolona je Zebron ZB-5MS sa selektivnom fazom 5%-cyanopropyl-phenyl-94% dimethyl-polysiloxane. Ispravljena specifikacija iz pojašnjenja će se unijeti u troškovnik.

Rok za dostavu ponude ostaje isti, ponedjeljak 03.09.2018. do 10:00 sati.

Stručno povjerenstvo

PREDMET NABAVE: KOLONE ZA KROMATOGRAFIJU
GRUPA 18 : KOLONE ZA GC ZA ANALITIČKE METODE ZA ODREĐIVANJE UGLJIKOVODIKA

ŠIFRA	NAZIV	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	PREDVIĐENA KOLIČINA	PROIZVOĐAČ	KATALOŠKI BROJ	JM	PAKIRANJE	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-a
2418-001	Kolona sa selektivnom fazom 5%-cyanopropyl-phenyl-94% dimethyl-polysiloxane (30m, 0,25mm, 0,25 µm) w/10m Guard, kao Zebron ZB-5MS		1			kom			

ROK ISPORUKE:
ROK PLAĆANJA:
DATUM:

Potpis i pečat Ponuditelja:

UKUPNO BEZ PDV-a:
PDV 25%:
SVEUKUPNO S PDV-om