



HZJZ

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366
p.p. 161
www.hzjz.hr

Klasa: 406-09/18-09/130

Ur.broj: 381-09-92-18-2

Zagreb, 28.08.2018.

Predmet: Odgovori potencijalnim ponuditeljima

Grupa 1 (kolone za analitičke metode mikotoksina)

Stavka 7 (šifra 2401-039, SPE kolone za patulin za dječju hranu)

- Potencijalni ponuditelj navodi da nije precizirano koji je volumen traženih SPE kolonica tj. da li je riječ o 3mL ili 6mL SPE kolonicama pa molim pojašnjenje.- 6 ml
- Naručitelj odgovara: Volumen traženih SPE kolona je 6 ml

Grupa 3 (kolone za plinsku kromatografiju za analitičke metode za određivanje rezidua pesticida u hrani)

- Potencijalni ponuditelj je primijetio da u naslovu stoji *kolone za plinsku kromatografiju* a da je za stavke 2 (2403-005), 3 (2403-006), 4 (2403-007), 5 (2403-024) riječ o kolonama za tekućinsku kromatografiju .

Naručitelj odgovara da je potencijalni ponuditelj dobro primijetio i da će napraviti izmjenu.

Stavka 3 (šifra 2403-006 - kolona Hypercarb Guard 1,5 x 10mm x 5um)

- Potencijalni ponuditelj navodi da "*artikl 2403-006, tih dimenzija ne postoji , postoje 2.1/3.0/4.6*"
- Potencijsni ponuditelj konstatira da nije riječ o koloni nego o predkoloni koja se isporučuje u minimalnom pakiranju od 2 komada te traži izmjenu natječajne dokumentacije.

Naručitelj odgovara da u ovom slučaju nije o kolonama nego o pretkolonama, potrebne su pretkolone THERMO 35005-012101, 10 x 2,1mm x 5um te da će navedeno unijeti u natječajnu dokumentaciju.

Stavka 4 (šifra 2403-007 - kolona za tekućinsku kromatografiju LC C18 2,1mm x 100mm, normalna faza, veličina čestica 5um)

- Potencijalni ponuditelj traži da se iz dokumentacije ukloni da je riječ o normalnoj fazi jer C18 kolone spadaju u obrnutu fazu pa je specifikacija relativno zbunjujuća.
- Naručitelj odgovara da je došlo je do pogreške te da će iz dokumentacije ukloniti normalnu fazu



Grupa 6 (kolone za plinsku kromatografiju za analitičke metode za određivanje alkohola i masnih kiselina)

Stavka 1 (šifra 2406-001 - Kolona sa selektivnom fazom umreženi PEG (100m, 0,25mm ID 0,25um) kao Famewax Rt 2560)

- Potencijalnom ponuditelju nije jasno je li potrebno nuditi WAX kolonu sa PEG (Polyethylene Glycol) sa stacionarnom fazom kao što je Famewax kolona ili sa *Biscyanopropyl Polysiloxane* stacionarnom fazom koja se nalazi u Rt-2560 koloni pa molim pojašnjenje da li se nudi Famewax ili Rt-2560 kolona.
- Naručitelj odgovara: potrebna je WAX kolona sa PEG stacionarnom fazom kao SUPELCOWAX 10.

Grupa 9 (kolone za HPLC za određivanje mikotoksina)

Stavka 2 (šifra 2409-009 - kolone za HPLC C18 25cm x 4,6mm x 4um) za određivanje patulina u dječjoj hrani s pogodnom pretkolonom (2 kom) i držačem za pretkolonu

- Potencijalnom ponuditelju nije jasno traži li se 4 mikronska kao što je navedeno u nazivu stavke ili je riječ o 5 mikronskoj koloni kao što je navedeno u specifikaciji pa molim pojašnjenje.
- Naručitelj odgovara da je došlo do nehotične pogreške I da je riječ o 4 mikronskoj koloni

Grupa 19 (kolone za elementne specije)

Stavka 1 (šifra 2419-001 - Kolona MeHg 200A 10um 150 x 2,1mm)

- Potencijalni ponuditelj traži dodatno pojašnjenje o traženoj koloni (proizvođač, model, PN)
- Naručitelj odgovara: riječ je o koloni ZORBAX Eclipse XDB-C18, 2.1-mm id x 50 mm, 5 μm

Stavka 2 (šifra 2419-002 - kolona za specije As, 100A 5um, PEEK Hardware 4,6mm x 250mm)

- Potencijalni ponuditelj traži dodatno pojašnjenje o traženoj koloni (proizvođač, model, PN)
- Naručitelj odgovara: HPLC analytical column- Hamilton PRP — X100 anion exchange column, 250 x 4.1 mm, 10 μm particle size (Hamilton cat. no. 79433)

Grupa 10. Kolone za HPLC za određivanje aroma

- Potencijalni ponuditelj kaže da tražene dimenzije ne postoje I da umjesto navedenih traženih dimenzija postoji UFLC 200x2.0, 2.2ummm
- Naručitelj odgovara da tražena dimenzija postoji I da posjeduje kolonu tih dimenzija Dr. Maischa.