

Klasa: 406-09/19-13/2
Ur.broj: 381-13-132-19-4
Broj poziva: 17/19
Zagreb, 22.02.2019.

PREDMET : Promjena troškovnika/tehničkih specifikacija

Na pitanje ponuditelja vezano uz artikl 2300-011 Naručitelj odgovara da je promjer filtera 25 mm.

Na pitanje ponuditelja vezano uz artikl 2300-014 Naručitelj odgovara da je materijal cellulose ester, mrežasti.

Na pitanja Ponuditelja vezana uz artikl 2300-031 Naručitelj odgovara da je to polikarbonatni filter kat.broja 7060-4702.

Na pitanja Ponuditelja vezana uz artikl 2300-033 Naručitelj odgovara da je dimenzija Grade 389.

Na pitanja Ponuditelja vezana uz artikl 2300-050 Naručitelj odgovara da artikl mora biti crne boje.

Na pitanja Ponuditelja vezana uz artikle 2300-051 i 2300-052 Naručitelj odgovara da je artikl 2300-051 filter sa PTFE kućištem i hidrofobnim svojstvima, a artikl 2300-052 filter sa PET kućištem sa hidrofilnim svojstvima.

Na pitanje Ponuditelja vezano uz artikl 2300-057 Naručitelj mijenja kat.broj u 66278 u the.specifikacijama.

Na pitanje Ponuditelja vezano uz artikl 2300-056 Naručitelj odgovara da filteri moraju biti pakirani pojedinačno te da kat.broj 16532(Sartorius) odgovara traženom.

Slijedom navedenog Naručitelj mijenja troškovnik/tehničke specifikacije.