



HZJZ

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366
p.p. 161
www.hzjz.hr

Zagreb, .03.2019. godine

Klasa: 406-13/19-13/12

Ur.broj: 381-13-132-19-6

Broj poziva: O 01/19

PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Hrvatski zavod za javno zdravstvo upućuje Vam Ponovljeni poziv na dostavu ponude za predmet nabave:

Sustav za proizvodnju ultračiste vode za metale u tragovima i PCR- clean (DNA i RNA free) analize.

CPV: 4291000-8

Sukladno članku 12. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Hrvatski zavod za javno zdravstvo nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Poziv na dostavu ponude provodi se temeljem članka 5. *Pravilnika o postupku provođenja jednostavne nabave Klasa:011-02/07-10/14, Ur.broj 381-10-100-17-1 od 05. srpnja 2017. godine i Izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku provođenja jednostavne nabave Klasa: 012-04/18-10/5 urbroj:381-10-19-6 od 28. od lipnja 2018. godine.*

OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je:

Sustav za proizvodnju ultračiste vode za metale u tragovima i PCR- clean (DNA i RNA free) analize, sukladno tehničkoj specifikaciji/ troškovniku iz *Priloga ovog Poziva*.

Predmetna oprema uključuje slijedeće:

- Mogućnost spajanja na postojeći sustav za proizvodnju čiste vode (stupanj čistoće II)
- Priprema ultra čiste vode čije karakteristike zadovoljavaju zahtjeve norme ASTM® D1193, ASTM® D5196 i ISO® 3696
- Lampa kao izvor UV zračenja
- Mjerač za praćenje promjene električne vodljivosti uz automatsko upozorenje
- Uključena 2 neovisna dispenserera spojena u seriji do 5 metara sa odgovarajućim završnim filterima
- Električna vodljivost (pri 25°C): <0,055 µS/cm
- USB priključak za preuzimanje podataka
- Kontrola uređaja putem ekrana osjetljivog na dodir
- Otpornost (pri 25°C): 18,2 MΩ·cm
- TOC vrijednost (≤ 5 ppb (µg/L))
- Broj čestica koje su veće od 0,22 µm: <1 čestica/mL
- Bakterije: <0,01 cfu/mL
- Endotoksini: <0,001 EU/mL
- RNaze: <1 pg/mL
- DNaze: <5 pg/mL
- Proteaze: <0,15 µg/mL
- Brzina istakanja vode: minimalno 2 L/min
- Mjerač za praćenje ukupne količine ugljika nastalog iz organskih komponenti (TOC) čiji je raspon mjerenja 0,5 - 999,9
- Volumetrijsko precizno doziranje (točnosti ±2%)
- Osigurana servisna podrška sa minimalno dva osposobljena servisera koji su školovani kod proizvođača sa odgovarajućim certifikatima na području Republike Hrvatske
- Instalacija i edukacija korisnika za rad na sustavu

- Jamstvo minimalno 12 mjeseci
- Upute za rad na hrvatskom ili engleskom jeziku

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 155.000,00 kn.

1. UVJETI NABAVE:

- Način izvršenja: Ugovor o nabavi robe
- Rok izvršenja: u roku od 30 dana od dana obostranog potpisa ugovora
- Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana otvaranja ponude
- Mjesto izvršenja: Laboratorij Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
- Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa za isporučenu robu, uz koji će biti priložen Zapisnik o primopredaji robe.

Cijeni ponude:

U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi navedeni u tehničkoj specifikaciji i popusti ponuditelja.

Cijenu je potrebno prikazati na način da se iskaže cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a te cijena ponude sa PDV-om.

Ponude kod kojih nisu popunjene sve stavke troškovnika smatrat će se neprihvatljivima. Jedinične cijene u Troškovniku su nepromjenjive za sve vrijeme trajanja okvirnog sporazuma.

- Kriterij odabira ponude:

Ekonomski najprihvatljivija ponuda

Cijena	50 bodova
Lampa kao izvor UV zračenja	20 bodova
Uključena 2 neovisna samostojeća dispenserera spojena u seriji do 5 metara sa odgovarajućim završnim filterima	20 bodova
TOC vrijednost	10 bodova
UKUPNO	100 bodova

Formula: $U=L+D+T+P$

U = ukupan broj bodova

L = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu lampu

D = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu dispencer

T = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu TOC vrijednost

P = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

1. Cjenovni kriterij (P) - maksimalni broj bodova (55) dodijelit će se ponudi s najnižom cijenom. Ovisno o najnižoj cijeni ponude ostale ponude će dobiti manji broj bodova, sukladno slijedećoj formuli:

$$P = P_i / P_T * 50$$

P – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu (zaokruženo na cijeli broj)

P_i – najniža cijena ponuđena u postupku javne nabave

P_T – cijena ponude koja je predmet ocjene

50 – maksimalni broj bodova

2. Necjenovni kriterij

2.1. Lampa kao izvor UV zračenja: standardna UV lampa (L) : 20 bodova

- Standardna živina lampa: **0 bodova**;
- Xenon lampa: **20 bodova**.

Za ocjenjivanje ponuditelj daje Izjavu o ponuđenoj lampi koju je obvezan dostaviti u ponudi.

2.2 Uključena 2 neovisna dispenserera spojena u seriji do 5 metara sa odgovarajućim završnim filterima (D): 20 bodova

- 2 neovisna dispenserera fiksirani na zid, spojena u seriji do 5 metara: **0 bodova**;
- 2 neovisna, samostojeća, prenosna dispenserera spojena u seriji do 5 metara: **20 bodova**

Za ocjenjivanje ponuditelj daje Izjavu o ponuđenom dispenseru koju je obvezan dostaviti u ponudi.

2.3 TOC vrijednost (T): 10 bodova

- TOC vrijednost: ≤ 5 ppb ($\mu\text{g/L}$): **0 bodova**;
- TOC vrijednost: ≤ 2 ppb ($\mu\text{g/L}$): **10 bodova**

Za ocjenjivanje ponuditelj daje Izjavu o ponuđenoj TOC vrijednosti koju je obvezan dostaviti u ponudi.

