



HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366
p.p. 161
www.hzjz.hr

Datum: 25.04.2019.
Klasa: 406-09/19-13/12
Ur.broj: 381-13-92-19-13
Broj poziva O 01/19

Naručitelj Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, OIB: 75297532041 na temelju odredbi iz članka 15.st.1. Pravilnika o postupku provođenja jednostavne nabave dana 25. travnja 2019. godine donosi

ODLUKU

kojom se odabire ponuda br. 9 0248/19 od 26.03.2019 ponuditelja *Asolutic d.o.o., Karlovačka cesta 24, 10 000 Zagreb, OIB 74472591115*

Obrazloženje

Predmet nabave: *Sustav za proizvodnju ultračiste vode za metale u tragovima i PCR- clean (DNA i RNA free) analize*

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 155.000,00 kn

Cijena odabrane ponude (bez PDV-a): 137.632,22 kn

Cijena odabrane ponude (s PDV-om): 172.040,29 kn

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) sukladno čl. 12. st. 1. ne primjenjuje se za nabavu čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000 kn bez PDV-a.

Način izvršenja: Ugovor

Ravnatelj:

Doc.dr.sc. Krunoslav Capak, prim.dr.med



Dostaviti:

1. *Asolutic d.o.o., Karlovačka cesta 24, 10 000 Zagreb*
2. *Koncept Media d.o.o., Ante Mike Tripala 1/III, 10 090 Zagreb*
3. *Nirostra d.o.o., Našička 6, 31 000 Osijek*
4. *Labena d.o.o., Jaruščica 7, 10000 Zagreb*
5. *Pismohrana*

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
ZAGREB, ROCKEFELLEROVA 7
Klasa: 406-09/19-13/12
Ur.broj: 381-13-132-19-12
Zagreb, 25. travanj 2019. godine

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

NARUČITELJ: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, ZAGREB, ROCKEFELLEROVA 7, OIB 75297532041

PREDMET NABAVE: Sustav za proizvodnju ultračiste vode za metale u tragovima i PCR- clean (DNA i RNA free) analize

VRSTA POSTUPKA: POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 155.000,00 kn

Sredstva su osigurana u financijskom planu za 2019.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE: Ponovljeni poziv na dostavu ponuda otpremljen je 25. ožujka 2019. godine putem elektroničke pošte na slijedeće gospodarske subjekte:

1. Nirosta d.o.o.
2. Medic d.o.o
3. Koncept media d.o.o.
4. Asolutic d.o.o.
5. Labena d.o.o.
6. www.hzjz.hr

sukladno Pravilniku o postupku provođenja jednostavne nabave Klasa:011-02/07-10/14, Ur.br: 381-10-100-17-1 od 05. srpnja 2017. godine i Izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku provođenja jednostavne nabave Klasa: 012-04/18-10/5 urbroj:381-10-19-6 od 28. od lipnja 2018.

ČLANOVI STRUČNOG POVJERENSTVA

1. Irena Josić, dipl.oec
2. Danijel Trumbetaš, dipl.oec.
3. Ružica Eterović, dipl.iur.
4. Jasminka Pongračić, dipl.ing
5. Ivana Broz, dipl.sanit. ing

PONUDE SU OTVORILI PREDSTAVNICI NARUČITELJA dana 03. travanj 2019. godine u sastavu: Ivana Broz, dipl.sanit. ing., Irena Josić, dipl.oec

Od ovlaštenih osoba certifikat u području javne nabave ima: Danijel Trumbetaš, dipl.oec

ANALITIČKI PRIKAZ PRAVOVREMENO ZAPRIMLJENIH PONUDA

NAZIV PONUDITELJA	Asolutic d.o.o. Karlovačka cesta 24 10 000 Zagreb OIB 74472591115	Koncept Media d.o.o. Ante Mike Tripala 1/III 10 090 Zagreb OIB 22941908592	Nirostra d.o.o. Našička 6 31 000 Osijek OIB: 82823351319	Labena d.o.o. Jaruščica 7 10000 Zagreb OIB 09146496654
Broj i datum ponude	9 0248/19 od 26.03.2019	0212/19 od 27.03.2019	010419-01/DD Od 01.04.2019	PR-614 Od 02.04.2019
Cijena ponude bez PDV-a	137.632,22	154.458,98	80.000,00	50.000,00
Cijena ponude s PDV-om	172.040,29	193.073,73	100.000,00	62.500,00
Cijena ponude bez PDV-a nakon provjere računske ispravnosti	137.632,22	154.458,98	80.000,00	50.000,00
Cijena ponude s PDV-om nakon provjere računske ispravnosti	172.040,29	193.073,73	100.000,00	62.500,00
Računske pogreške u ponudi jesu/nisu pronađene	Nisu pronađene	Nisu pronađene	Nisu pronađene	Nisu pronađene
Ponuda potpisana	DA	DA	DA	DA
Stručna ocjena (zadovoljava/ne zadovoljava)	Zadovoljava	Zadovoljava	Ne zadovoljava	Zadovoljava
PONUDA (Valjana/nije valjana)	Valjana	Valjana	Nije valjana	Valjana

PODACI O ISPUNJENJU TRAŽENIH ZAHTJEVA VEZANO UZ PREDMET NABAVE:

Ponuditelj *Asolutic d.o.o.* dostavio je ponudu sukladno Pozivu na dostavu ponuda te ispunjava tražene kriterije za odabir.

Ponuditelj *Koncept Media d.o.o.* dostavio je ponudu sukladno Pozivu na dostavu ponuda te ispunjava tražene kriterije za odabir.

Uvidom u dostavljenu potpisanu tehničku specifikaciju ponuditelja *Labena d.o.o.* Naručitelj je uočio da ponuditelj *Labena d.o.o.* zadovoljava sve navedene karakteristike no uvidom u katalog/specifikacije o predmetnoj robi koji je sastavni dio ponude iste ne odgovaraju traženim katekteristikama iz tehničke specifikacije. Naručitelj je zatražio upotpunjavanje ponude/očitovanje dopisom klasa: 406-09/19-

13/12 ur.broj: 381-13-132-19-10. Ponuditelj je zatražio navod točno navedenih specifikacija koje ne zadovoljavaju. Dopisom klasa: 406-09/19-13/12 ur.broj: 381-13-132-19-11 Naručitelj upotpunjava svoj zahtjev točno navedenim specifikacijama koje nisu sukladne. Ponuditelj dana 23.04.2019. godine dostavlja pojašnjenje da uređaj koji ponuditelj Labena d.o.o. nudi je u skladu sa zahtjevanim tehničkim specifikacijama. Ponuditelj *Labena d.o.o* ispunjava tražene kriterije za odabir. Preslike dopisa nalaza se u prilogu zapisnika.

Uvidom u ponudu ponuditelja *Nirostra d.o.o* Naručitelj je uočio da je ponuditelj dostavio brošuru o predmetnoj robi no ista nije potkrijepljena podacima kako bi krajnji korisnik Naručitelja mogao stručno ocjeniti da li ponuđeni sustav za proizvodnju ultračiste vode zadovoljava *Pozivom* tražene karakteristike. Naručitelj je dopisom klasa: 406-09/19-13/12 ur.broj: 381-13-132-19-10 zatražio dostavu detaljnih pojašnjenja stavki iz tehničke specifikacije. Ponuditelj *Nirosta d.o.o.* dostavlja traženo dana 15.04.2019. Naručitelj je uvidom u dostavljeno pojašnjenje ponude uočio da ponuđena roba ne zadovoljava *Pozivom* tražene stavke. Naime, ponuđeni filteri *svaki zasebno, zadovoljavaju tražene vrijednosti za navedene parametre po točkama 11. do 14., ali s obzirom da su ponuđeni zasebni filteri u setu, nemoguće je istovremeno* postići zahtijevane vrijednosti u ultračistoj vodi za PCR clean analize.

Nadalje, ponuditelj „Nirosta“ nije dao jasan odgovor u točki 11. *Iz odgovora nije jasno da li postiže navedenu vrijednost samo filterom ili kombinacijom filtera i UV lampe, te ako je u pitanju kombinacija koja UV lampa se koristi (valna duljina emitiranja UV zračenja) što je vrlo bitan parametar u uništavanju bakterija.* Ponuditelj također nije dao precizan odgovor *koja Xe lampa je u pitanju (valna duljina emitiranja UV zračenja) što je vrlo bitan parametar za smanjenje TOC parametra u ultračistoj vodi.* Slijedom gore navedenog Ponuditelj *Nirostra d.o.o.* ne ispunjava tražene kriterije za odabir.

PODACI O RAČUNSKOJ ISPRAVNOSTI PONUDE:

Nije bilo računske pogreške.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: Ekonomski najprihvatljivija ponuda

Cijena	50 bodova
Lampa kao izvor UV zračenja	20 bodova
Uključena 2 neovisna samostojeća dispenseru spojena u seriji do 5 metara sa odgovarajućim završnim filterima	20 bodova
TOC vrijednost	10 bodova
UKUPNO	100 bodova

Formula: $U=L+D+T+P$

U = ukupan broj bodova

L = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu lampu

D = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu dispenser

T = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđen TOC vrijednost

P= broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

1. Cjenovni kriterij (P) - maksimalni broj bodova (55) dodijelit će se ponudi s najnižom cijenom. Ovisno o najnižoj cijeni ponude ostale ponude će dobiti manji broj bodova, sukladno slijedećoj formuli:

$$P = P_i / P_T * 50$$

P – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu (zaokruženo na cijeli broj)

P_i – najniža cijena ponuđena u postupku javne nabave

P_T – cijena ponude koja je predmet ocjene

50 – maksimalni broj bodova

2. Necjenovni kriterij (L,D,T)

2.1. Lampa kao izvor UV zračenja: standardna UV lampa (L) : 20 bodova

- Standardna žvina lampa: 0 bodova;
- Xenon lampa: 20 bodova.

2.2 Uključena 2 neovisna dispensera spojena u seriji do 5 metara sa odgovarajućim završnim filterima (D): 20 bodova

- 2 neovisna dispensera fiksirani na zid, spojena u seriji do 5 metara: 0 bodova;
- 2 neovisna, samostojeća, prenosna dispensera spojena u seriji do 5 metara: 20 bodova

2.3 TOC vrijednost (T): 10 bodova

- TOC vrijednost: ≤ 5 ppb (µg/L): 0 bodova;
- TOC vrijednost: ≤ 2 ppb (µg/L): 10 bodova

	Ponuđači	Labena d.o.o.	Koncept media d.o.o.	Asolutic d.o.o.
Redni broj	Kriterij	Broj bodova	Broj bodova	Broj bodova
1.	Cijena $P = P_i / P_T * 50$	$P = (50.000,00 / 50.000,00) * 50$ 50	$P = (50.000,00 / 154.458,98) * 50$ 16	$P = (50.000,00 / 137.632,22) * 50$ 18
2.	Lampa kao izvor UV zračenja	0	20	20
3.	Uključena 2 neovisna samostojeća dispensera spojena u seriji do 5 metara sa odgovarajućim završnim filterima	0	20	20
4.	TOC vrijednost	10	10	10
	Ukupan broj bodova	60	66	68

PRIJEDLOG DONOŠENJA ODLUKU O ODABIRU: Ovlašteni predstavnici Naručitelja predlažu donošenje Odluku o odabiru ponuditelja:


Asolutic d.o.o., Karlovačka cesta 24, 10 000 Zagreb, OIB 74472591115

Ovlašteni predstavnici Naručitelja:


Irena Josić, dipl.oec.




Danijel Trumbetaš, dipl.oec.



Ružica Eterović, dipl.iur.



Jasminka Pongračić, dipl.ing



Ivana Broz, dipl.sanit. ing



UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: KLASA: 406-10/19-13/12, UR.BR.381-13-132-19-8

Predmet nabave: Sustav za proizvod. ultračiste vode za metale u tragovima i PCR- clean (DNA i RNA free) analize

Broj poziva: O-01/19

Rok za dostavu ponude: **03.04.2019 godine do 08,30 sati**

Redoslijed zaprimanja

Red. broj	PONUĐITELJ	DATUM	VRIJEME	NAPOMENA
1.	ASOLUTIC d.o.o.	27-03-2019.	11,37	
2.	KONCEPT MEDIA d.o.o.	02-04. 2019.	10,35	
3.	NIROSTA d.o.o.	03.04. 2019.	8,00	
4.	LABENA d.o.o.	03.04. 2019.	8,01	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

*prilikom zaprimanja na omotnicama ubilježiti redni broj ,datum i vrijeme zaprimanja

ponuda prema redoslijedu zaprimanja

*na zahtjev ponuditelja izdati potvrdu o zaprimanju ponude

*ponude su predane ovlaštenim predstavnicima naručitelja na postupak otvaranja ponuda s/bez

Nazočnosti ponuditelja, dana **03.04.2019 godine do 08,30 SATI**

Zagreb, 25.04.2019.

Povjerenstvo za nabavu

- o v d j e -

PREDMET: Očitovanje o ponudama za predmet nabave: Sustav za proizvodnju ultračiste vode za metale u tragovima i PCR-clean (DNA i RNA free) analize

Pristigle su ponude sljedećih ponuđača:

1. Labena d.o.o.
2. Koncept media d.o.o.
3. Asolutic d.o.o.
4. Nirosta d.o.o

Uvidom u natječajnu dokumentaciju pristiglih ponuđača stručno **prihvatljive** su ponude ponuđača:

1. Labena d.o.o.
2. Koncept media d.o.o.
3. Asolutic d.o.o.

Uvidom u natječajnu dokumentaciju pristiglih ponuđača stručno **neprihvatljive** su ponude ponuđača:

4. Nirosta d.o.o.

Ponuđač ne zadovoljava traženi predmet nabave u dijelu proizvodnje ultračiste vode za PCR clean (DNA i RNA free) analize.

Obrazloženje

Ponuđač u „Odgovoru na pitanja – Pojašnjenje ponude“ pojašnjava da nudi u točkama 10. do 14. različite setove filtera za svaki parametar **zasebno**.

Ponuđeni filteri, svaki zasebno, zadovoljavaju tražene vrijednosti za navedene parametre po točkama 11. do 14., ali s obzirom da su ponuđeni **zasebni filteri u setu**, nemoguće je **istovremeno** postići zahtijevane vrijednosti u ultračistoj vodi za PCR clean analize.

Ponuđač u „Odgovoru na pitanja – Pojašnjenje ponude“ nije dao jasan odgovor u točki 11. Iz odgovora nije jasno da li postiže navedenu vrijednost samo filterom ili kombinacijom filtera i UV lampe, te ako je u pitanju kombinacija koja UV lampa se koristi (valna duljina emitiranja UV zračenja) što je vrlo bitan parametar u uništavanju bakterija.

Ponuđač u „Odgovoru na pitanja – Pojašnjenje ponude“ nije dao jasan odgovor u točki 3. na pitanje koja Xe lampa je u pitanju (valna duljina emitiranja UV zračenja) što je vrlo bitan parametar za smanjenje TOC parametra u ultračistoj vodi.

Pristigle ponude ocijenjene su sukladno kriterijima za ocjenu ponuda koji su bili sastavni dio natječajne dokumentacije:

	Ponudāči	Labena d.o.o.	Koncept media d.o.o.	Asolutic d.o.o.
Redni broj	Kriterij	Broj bodova	Broj bodova	Broj bodova
1.	Cijena	50	16	18
2.	Lampa kao izvor UV zračenja	0	20	20
3.	Uključena 2 neovisna samostojeća dispensera spojena u seriji do 5 metara sa odgovarajućim završnim filterima	0	20	20
4.	TOC vrijednost	10	10	10
	Ukupan broj bodova	60	66	68

Jasminka Pongračić, dipl.ing.

