



HZJZ

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366
p.p. 161
www.hzjz.hr

Klasa: 406-09/19-13/57

Ur.broj: 381-13-132-19-2

Zagreb, 18.09.2019.

Predmet: Odgovor potencijalnom ponuditelju na dostavljeni upit u predmetu nabave O 11/19 Uređaj za mikrovalnu digestiju uzoraka vode

Potencijslni ponuditelj je zatražio izmjenu/pojašnjenje u slijedećim točkama specifikacije:

1. Red. br. 4. Tlak u reakcijskim posudama najmanje 40 bara

Potencijalni ponuditelj predlaže izmjenu specifikacije „Tlak u reakcijskim posudama najmanje 40 bara“ u specifikaciju koja glasi „Tlak u reakcijskim posudama mora moći doseći najmanje 35 bara“

Naručitelj odgovara da ostaje pri tehničkom zahtjevu „Tlak u reakcijskim posudama najmanje 40 bara“. Jer je zahtjev za tlak od najmanje 40 bara u reakcijskim posudama minimum za razgradnju voda. Navedeni tehnički zahtjev nije diskriminirajući i ne pogoduje određenom ponuditelju.

2. Red. br. 5. Rotor za najmanje 12 PTFE (polytetraflourethylene) reakcijskih posudica koje sustav automatski detektira

Potencijalni ponuditelj predlaže izmjenu specifikacije „Rotor za najmanje 12 PTFE (polytetraflourethylene) reakcijskih posudica koje sustav automatski detektira“ u specifikaciju „Rotor za najmanje 12 posudica od PTFE (polytetraflourethylene) ili jednakovrijednog materijala (primjerice TFM)“.

Naručitelj odgovara da usvaja navedeni prijedlog potencijalnog ponuditelja na način da prvotnu specifikaciju „Rotor za najmanje 12 PTFE (polytetraflourethylene) reakcijskih posudica koje sustav



automatski detektira“ mijenja u specifikaciju „Rotor za najmanje 12 posudica od PTFE (polytetraflourethylene)/ TFM (modicirani PTFE) koje sustav automatski detektira“.

3. Red. br. 6. Rotor za najmanje 12 PTFE (polytetraflourethylene) posudica minimalnog volumena 50 mL

Potencijalni ponuditelj predlaže promjenu specifikacije „Rotor za najmanje 12 PTFE (polytetraflourethylene) posudica minimalnog volumena 50 mL“ u specifikaciju „Rotor za najmanje 12 posudica od PTFE (polytetraflourethylene) ili jednakovrijednog materijala (primjerice TFM), minimalnog volumena 50 mL“.

Naručitelj odgovara da usvaja navedeni prijedlog potencijalnog ponuditelja na način da prvotnu specifikaciju „Rotor za najmanje 12 PTFE (polytetraflourethylene) posudica minimalnog volumena 50 mL“ mijenja u specifikaciju „Rotor za najmanje 12 PTFE (polytetraflourethylene)/ TFM (modicirani PTFE) posudica minimalnog volumena 50 mL.“

4. Red. br. 8. Upravljanje uređajem putem zaslona na dodir koji je ugrađen u uređaj

Potencijalni ponuditelj predlaže izmjenu specifikacije „Upravljanje uređajem putem zaslona na dodir koji je ugrađen u uređaj“ u specifikaciju „Upravljanje uređajem putem zaslona na dodir“.

Naručitelj odgovara da zbog prostornog ograničenja ostaje pri tehničkom zahtjevu „Upravljanje uređajem putem zaslona na dodir koji je ugrađen u uređaj“.

5. Red. br. 14. USB priključak

Potencijalni ponuditelj predlaže brisanje specifikacije „USB priključak“ iz Tehničke specifikacije

Naručitelj odgovara da ostaje pri tehničkom zahtjevu „USB priključak“ jer je USB priključak tražen sa svrhom za preuzimanje podataka iz uređaja.

Slijedom navedenog mijenja se tehnička specifikacija u stavkama br. 5 i 6 te se objavljuje IZMJENJENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA – Prilog 5 Poziva na dostavu ponude.

Stručno povjerenstvo