

IZMIJENJENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Red. br.	MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	Potvrda tehničkih karakteristika (DA/NE)	Primjedbe i broj stranice iz kataloga
<i>Uređaj za mikrovalnu digestiju uzoraka vode</i>			
Opće karakteristike			
1.	Napajanje: 230 V, 50-60 Hz		
2.	Magnetron minimalne snage 850 W sa zaštitom od pregrijavanja		
3.	Temperatura u reakcijskim posudicama najmanje 200°C		
4.	Tlak u reakcijskim posudicama najmanje 40 bara		
5.	Rotor za najmanje 12 PTFE (polytetrafluorethylene) /TFM (modificirani PTFE) reakcijskih posudica koje sustav automatski detektira		
6.	Najmanje 12 PTFE (polytetrafluoroethylene)/TFM (modificirani PTFE) reakcijskih posudica minimalnog volumena 50 mL		
7.	Ručno zatvaranje PTFE posudica		
8.	Upravljanje uređajem putem zaslona na dodir koji je ugrađen u uređaj		
9.	Mogućnost automatskog otpuštanja prevelikog pritiska u reakcijskim posudicama		
10.	IR temperaturni senzor za beskontaktno praćenje temperature u svim posudama		
11.	Alat za kalibraciju IR senzora		
12.	Automatsko hlađenje posuda nakon završetka razgradnje bez eksterne jedinice za hlađenje		

13.	Sustav ispuha plinova		
14.	USB priključak		
15.	Applications Manual s dobro razrađenim i primjenjivim metodama za razgradnju uzoraka organskog (hrane) i anorganskog porijekla (količina uzorka, količina reagensa, temperatura, tlak i vrijeme razgradnje);		
16.	Jednostavno pozivanje testiranih pohranjenih metoda („cook book“) i kreiranja novih prema potrebi korisnika		
17.	Instalacija mora biti obavljena u skladu s „IQ, OQ i PQ“ procedurom i popraćena odgovarajućim izdavanjem dokumenata od strane proizvođača i serviser		
18.	Odgovor i dolazak serviser unutar 2 radna dana od dana zaprimanja obavijesti od strane korisnika		
19.	12 mjeseci jamstva na uređaj podržana od ovlaštenog servisa na teritoriju RH (Certifikat osoba ovlaštenih od proizvođača opreme za servisiranje i validaciju vezanog sustava)		
20.	Odgovor i dolazak serviser unutar 2 radna dana od dana zaprimanja obavijesti od strane korisnika		
21.	Edukacija korisnika do potpunog osposobljavanja u radu na uređaju u laboratoriju od strane aplikacijskog stručnjaka koji posjeduje valjani certifikat o osposobljenosti.		

PREDMET NABAVE: UREĐAJ ZA MIKROVALNU DIGESTIJU UZORAKA VODE

Potvrđujemo da je naša ponuda za predmetnu robu izrađena u skladu sa svim uvjetima i zahtjevima iz ove tehničke specifikacije i ostalim uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda.

(potpis i pečat ponuditelja)