



HZJZ

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366
p.p. 161
www.hzjz.hr

Klasa: 406-09/21-13/141

Ur.broj: 381-13-132-21-2

Broj poziva: O 14/21

Zagreb, 2. studenog 2021. godine

Predmet:

Izmjena tehničke specifikacije za predmet nabave: Automatski laboratorijski horizontalni autoklav

Zainteresirani ponuditelj je uputio pitanje/zahtjev vezano za validaciju i IQOQ protokol koji su traženi u tehničkoj specifikaciji za autoklav: „*molimo da u svrhu mogućnosti provedbe natječaja za nabavu autoklava preispitate odluke o zahtjevima provođenja validacije i IQOQ protokola. Budući da IQOQ protokol podiže cijenu ponude preko procijenjene vrijednosti, je li provedba IQOQ protokola i validacije obvezna prema ISO normama?*

Odgovor Naručitelja:

IQOQ protokol i validacija nam nije potreban, budući da prema ISO normama taj zahtjev ne moramo zadovoljiti. Dovoljan je Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje koju izdaje proizvođač.

Sukladno tome, Naručitelj izmjenjuje Tehničku specifikaciju (Prilog 4.) na način da se briše stavka **Validacija sustava** i stavka **IQOQ protokol** i dodaje stavka **Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje koju izdaje proizvođač** te objavljuje novi **Prilog 4-a: Izmijenjena tehnička specifikacija**.

Zbog navedene izmjene troškovnika Naručitelj produžuje rok za dostavu ponude. Novi rok za dostavu ponude je 05. studenog 2021. godine do 10:00 sati

Stručno povjerenstvo