



HZJZ

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366
www.hzjz.hr

Zagreb, 12.08.2024 godine

Klasa: 406-09/24-13/82

Ur.broj: 117-13-132-23-7

Broj poziva: O 06/24

**Očitovanje na upite za pojašnjenjem i dopunom dokumentacije za
red.br. 1 PREDMETA NABAVE: HLADNJACI I ZAMRZIVAČI,
broj poziva: O-06/24**

18.07.2024.

1. PITANJE/PRIJEDLOG

Stavka 1.

JEDNOKRILNI KOMBINIRANI LABORATORIJSKI HLADNJAK/LEDENICA (-18)

Pitanje: Molimo provjeru prikaza temperature za stavku 1.04. troškovnika, jer ne pronalazimo ovaj podatak naveden na stranici proizvođača

ODGOVOR: Traži se mogućnosti prikaza očitavanja trenutne temperature u hladnjaku/ledenici, za koju je tražena rezolucija od 0,1°C ili bolja (veća).

2. PITANJE/PRIJEDLOG

Stavka 1.

JEDNOKRILNI KOMBINIRANI LABORATORIJSKI HLADNJAK/LEDENICA (-18)

Pitanje: Molimo provjeru za traženi iskaz o kvaru kontrolne sonde u stavci 1.06. troškovnika, jer ne pronalazimo ovaj podatak naveden na stranici proizvođača

ODGOVOR: Traži se funkcija aktivacije vizualnog i zvučnog alarma u slučaju odstupanja izmjerene trenutne temperature od namješetnog raspona u hladnjaku/ledenici i u slučaju kvara mjerne sonde (uopće ne mjeri temperaturu).



3. PITANJE/PRIJEDLOG

Stavka 1.

JEDNOKRILNI KOMBINIRANI LABORATORIJSKI HLADNJAK/LEDENICA (-18)

Pitanje: Molimo da provjerite navod u troškovniku za stavku 1.13. o rashladnom sredstvu koje se traži, jer ne pronalazimo u brošuri proizvođača taj podatak, već predlažemo rashladno sredstvo R 600a

ODGOVOR: Ne prihvaćamo prijedlog za navođenjem rashladnog sredstva R600a. Naime prema IPCC ARS ili IPCC Climate Charge 2021 – The Physical Science Basis R600a (izobutan) ima $GWP_{100} < 1$ i zadovoljava navedeni kriterij.

06.08.2024.

4. PITANJE/PRIJEDLOG

STAVKA 1 – jednokrilni kombinirani laboratorijski hladnjak/ledenica (-18°C)

U naslovu traženog uređaja spomenuli ste da tražite jednokrilni uređaj. Molimo omogućite uređaje koji imaju dvoja vrata, jedna za zamrzivač, jedna za hladnjak. Tom promjenom osigurali bi bolji i uniformniji rad uređaja, jer bi se otvarala samo vrata dijela kojeg trebate, i time bi omogućili javljanje više kvalitetnih ponuđača, a i Vama bi se omogućio bolji izbor proizvoda.

Prijedlog specifikacije : Kombinirani laboratorijski hladnjak/ledenica (-18°C)

ODGOVOR: Prihvaćamo Vašu prijedlog za promijenu naziva u Kombinirani laboratorijski hladnjak/ledenica (-18°C).

5. PITANJE/PRIJEDLOG

Stavka 1.01 Minimalni volumen hladnjaka: 150 litara

Mnogi proizvođači koriste drugačije proizvodne procese i neznatno se razlikuju od drugih proizvođača. Samim time i unutrašnje dimenzije su drugačije. Molimo Vas da omogućite javljanje ponuđača sa neznatno drugačijim unutarnjim volumenom uređaja. Tom promjenom omogućili bi javljanje više kvalitetnih ponuđača, a i Vama bi se omogućio bolji izbor proizvoda:

Prijedlog specifikacije : Ukupni kapacitet: min. 120L

ODGOVOR: Ne prihvaćamo prijedlog potencijalnog Ponuditelja. Minimalni volumen procenjen je prema planiranoj namjeni hladnjaka odnosno prema volumenu i dimenzijama ambalaže s uzorcima i broju uzoraka.

6. PITANJE/PRIJEDLOG

1.14 Maksimalne dimenzije: šxdxv 600x650x1720 mm

Ovo je novododana stavka koja do sada nije bila navedena u specifikaciji. Mnogi proizvođači imaju modele koji mogu zadovoljiti navedenu specifikaciju, ali sa drugačijim dimenzijama. Molimo promjenu specifikacije.

Prijedlog specifikacije : Maksimalne dimenzije: ŠxDxV 600x700x2050 mm



ODGOVOR: Ne prihvaćamo prijedlog za izmjenu maksimalnih dimenzija. Naime zbog velikog ograničenja s prostorom, ograničeni smo sa izborom pozicije novog hladnjaka/ledenice. Kod uređaja veće dubine bilo bi nemoguće otvoriti vrata hladnjaka/ledenice i pristupiti uzorcima ili pohraniti nove uzorke.

06.08.2024.

7. PITANJE/PRIJEDLOG:

Poštovani,
tražimo izmjenu tehničke specifikacije za stavku 1.14 : Maksimalne dimenzije : ŠXDXV: 600 x 650 x 1720 u maksimalne dimenzije: 600 x 700 x 1997 mm.
Molimo da navedenu specifikaciju prilagodite na traženi prijedlog da se mogu javiti i drugi ponuditelji sa malo drugačijim dimenzijama. Time bi omogućili javljanje i drugih kvalitetnih proizvođača.

ODGOVOR: Ne prihvaćamo prijedlog za izmjenu maksimalnih dimenzija. Naime zbog velikog ograničenja s prostorom, ograničeni smo sa izborom pozicije novog hladnjaka/ledenice. Kod uređaja veće dubine bilo bi nemoguće otvoriti vrata hladnjaka/ledenice i pristupiti uzorcima ili pohraniti nove uzorke.

07.08.2024.

Upit za pojašnjenje dokumentacije za stavku 5.5. Dimenzije: maxim. 210x65x70 cm.
Niste naveli što je širina, što visina a što dubina. Molimo da se navedu ispravno dimenzije.
Također bih Vas zamolili i promjenu maksimalnih dimenzija kako bi se i drugi proizvođači mogli javiti.

Prijedlog specifikacije:

Dimenzije: maksim. 210x67x72 cm (VxŠxD)

ODGOVOR: Prihvaćamo prijedlog potencijalnog ponuditelja i navod dimezije: max 210x65x70 cm mijenjamo u max. 210x67x72 cm (VxŠxD)

Sljedom izmjene tehničkih specifikacija Naručitelj određuje novi rok za dostavu ponuda:
22. kolovoz 2024. godine u 10 sati.

Stručno povjerenstvo