

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T. +385 1 4863 222
E. ravnateljstvo@hzjz.hr
p.p. 161
www.hzjz.hr

KLASA: 406-11/25-01/10
URBROJ: 117-15-152-26-03
U Zagrebu, 03. lipanj 2026.

- SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- STRUČNOJ JAVNOSTI

PREDMET: Zapisnik o provedenim tehničkim konzultacijama za pripremu postupka zajedničke javne nabave Reagensi, testovi i potrošni materijal za mikrobiologiju za potrebe zdravstvenih ustanova u RH.

Zajednički naručitelj/središnje tijelo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb, temeljem Odluke o obveznoj zajedničkoj provedbi određenog postupka nabave (KLASA: 406-09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-21-01 od 05. studenog 2021.) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave (KLASA: 406-09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-22-17 od 15. ožujka 2022.), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave – II izmjena i dopuna (Klasa: 406-09/21-01/30; URBROJ: 534-05/2/1-23-150 od 04. listopada 2022. godine), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave – III izmjena i dopuna (Klasa: 406-09/21-01/30; URBROJ: 534-05/2/1-23-263 od 06. ožujka 2023. godine) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave – IV izmjena i dopuna (Klasa: 406-09/21-01/30; URBROJ: 534-05/2/1-23-401 od 27. prosinca 2023. godine) te nastavka primjene Odluke o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave i Uputa za provedbu postupaka zajedničke nabave – Okružnica Ministarstva zdravstva (Klasa: 406-09/21-01/30; URBROJ: 534-05/2/1-23-449 od 08. siječnja 2025. godine) donesene od strane Ministarstva zdravstva, priprema postupak zajedničke e javne nabave velike vrijednosti za Reagensi, testovi i potrošni materijal za mikrobiologiju za potrebe zdravstvenih ustanova u RH.

S ciljem istraživanja tržišta a u cilju poboljšanja kvalitete, transparentnosti, konkurentnosti i jednakog pristupa informacijama zajednički naručitelj/središnje tijelo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb, osim Poziva na sudjelovanje u pripremi postupka zajedničke javne nabave – tehničke konzultacije u elektroničkom obliku upućenog 09.12.2025. godine javnim

zdravstvenim ustanovama koje su obveznice zajedničke nabave i gospodarskim subjektima. Obavijest o održavanja tehničkih konzultacija javno je objavljena na službenoj mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, <https://www.hzjz.hr/analiza-trzista/>.

Rok za dostavu prijedloga o izmjenama i dopuna Tehničkih specifikacija bio je do 17. prosinac 2025. godine.

Konzultacije su održane putem pismene komunikacije, sastanka nije bilo.

Javno zdravstvene ustanove koje su sudjelovale u tehničkim specifikacijama, iskazavši prijedloge za dopunu tehničkih specifikacija su:

1. Klinika za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević"
2. Klinička bolnica bolnica Sv. Duh
3. Klinički bolnički centar Split
4. Klinički bolnički centar Osijek
5. Klinički bolnički centar Rijeka
6. Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice
7. Klinički bolnički centar Zagreb
8. Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar
9. Opća bolnica Karlovac
10. Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin
11. Opća bolnica Pula – Ospedale generale di Pola
12. Opća bolnica Varaždin

Gospodarski subjekti kojima je poslana informacija o tehničkim konzultacijama:

1. Biognost d.o.o.
2. Biomax d.o.o.
3. Labomar d.o.o.
4. Bomi-Lab d.o.o.
5. Betamed d.o.o.
6. Biogen d.o.o.
7. Hospitalija-trgovina d.o.o.
8. Altium d.o.o.
9. Jasika d.o.o.
10. Medilabd.o.o.
11. Phoenix farmacija d.o.o.
12. Biosistemi d.o.o.
13. Gorea plus d.o.o.
14. Axonlab d.o.o.
15. Labor-et-medicina d.o.o.
16. Biovit d.o.o.
17. Inel-medicinska trgovina d.o.o.
18. P.T.D. d.o.o.
19. Tehmed d.o.o.
20. Copan Zagreb d.o.o.
21. A&B d.o.o.
22. Biomedica dijagnostika d.o.o.
23. Biospectra d.o.o.
24. Roche d.o.o.

Gospodarski subjekti koji su aktivno sudjelovali u tehničkim konzultacijama na način da su dostavili prijedloge za izmjenom i dopunom artikala u predloženim grupama su:

1. A&B d.o.o.

2. Adonis pharma d.o.o.
3. Saponia d.d.
4. Biognost d.o.o.
5. Biomax d.o.o.
6. Biomedica dijagnostika
7. Biospecta d.o.o.
8. Bomi-lab d.o.o.
9. Copan Zagreb, d.o.o.
10. Hospitalija trgovina d.o.o.
11. Labomar d.o.o.
12. Labor-et-medicina d.o.o.
13. Medical intertrade d.o.o.
14. Roche d.o.o.

Svi pristigli prijedlozi i komentari zaprimljeni u okviru tehničkih konzultacije dostavljeni su stručnom povjerenstvu na razmatranje. Stručno povjerenstvo razmotrilo je sve zaprimljene prijedloge. Zaprimljeni prijedlozi nisu u cijelosti uzeti u obzir za izradu konačne verzije tehničkih specifikacija. Stručno povjerenstvo utvrdilo je da su zdravstvene ustanove dostavile dodatke novih grupa predmetne nabave koje nisu bile u skladu s Pozivom na tehničke specifikacije. Sukladno tome stručno povjerenstvo je na svom sastanku kojeg je održalo 04. svibnja 2026. godine zaključilo da se iz postupka zajedničke nabave izuzima nabava reagensa, testova i potrošnog materijala koji su u vlasništvu zdravstvenih ustanova, kao i za aparate koji se planiraju u budućnosti koristiti u zdravstvenim ustanovama.

Također, stručno povjerenstvo zaključilo je da se postupak predmetne nabave provodi samo za aparate koje zdravstvena ustanova ima trenutno na korištenju.

Članovi stručnog povjerenstva zaključili su da u postupku zajedničke nabave neće biti dostave uzoraka, te da će zdravstvene ustanove samostalno provoditi postupke nabave koji zahtijevaju validaciju testova.

Sljedom navedenog Nacrt tehničkih specifikacija kao i prijedlozi za otvaranjem novih grupa prosljeđeni su zdravstvenim ustanovama: Klinika za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" I KBC Zagreb na revidiranje s rokom za dostavu revidiranih tablica 18. svibnja 2026. godine. U zadanom roku dostavljene su revidirane tablice koje i dalje ostavljaju niz upita koje stručno povjerenstvo ponovno razmatra na sastanku 26. svibnja 2026. godine. Na sastanku je omogućeno još jednom da se iz Nacrta tehničke specifikacije izdvoje duple stavke te izuzmu reagensi, testovi i potrošni materijal za aparate koje zdravstvene ustanove nisu imale na korištenju u trenutku Poziv na tehničke konzultacije.

Prihvaćeni su zahtjevi zdravstvenih ustanova, osim u dijelu koji se odnosi na reagense, testove i potrošni materijal za aparate koje zdravstvene ustanove imaju u vlasništvu ili iste nisu imali na korištenju u trenutku slanja Poziva na konzultacije.

Članovi stručnog povjerenstva usaglasili su se da sve tehničke specifikacije moraju omogućiti jednak pristup svim ponuditeljima te ne smiju stvarati neopravdane prepreke tržišnom natjecanju. Naručitelj može definirati traženu količinu ili jedinicu mjere, ali ne i diskriminatorno ograničiti proizvod isključivo na određeno pakiranje ako za to ne postoji objektivno i opravdano obrazloženje.

Prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata nisu u cijelosti prihvaćeni već kako slijedi:

ADONIS PHARMA d.o.o.

Za grupu 1. Mikrodilucijski testovi, stavka 1., zatraženo je koliko testova sadrži pakiranje kako bi se ponudila odgovarajuća cijena.

Stručno povjerenstvo donjelo zaključak da se mijenja jedinica mjere u test, te se cjelokupna grupa nudi u pojedninačnom pakiranju testa.

Za grupu 2. Imunokromatografski testovi i antibiotski diskovi za otkrivanje rezistencija, ponuditelj Adonis pharma ukazuje na mogućnost nuđenja predmetne grupe samo jednog ponuditelja, na što Naručitelj provjerom nabava u 2023. godini utvrđuje da je predmetnu grupu ponudilo više ponuditelja. Za grupu 3. Krvni derivati - konjska i ovčja krv i derivati, zatraženo je napisati tražena pakiranja što je stručno povjerenstvo prihvatilo.

Za grupu 7. E-testovi osjetljivosti na antibiotike – izmjenjen naziv grupe u Trakice za ispitivanje osjetljivosti na antibiotike, prijedlog da se navede koliko komada ima u pakiranju za sve stavke kako bi se ponudila odgovarajuća cijena

Stručno povjerenstvo je prihvatilo prijedlog ponuditelja te navelo broj komada u pakiranju

Za grupu 8. E testovi antimikotika, prijedlog da se navede koliko komada ima u pakiranju za sve stavke kako bi se ponudila odgovarajuća cijena

Stručno povjerenstvo je prihvatilo prijedlog ponuditelja te navelo broj komada u pakiranju

Za grupu 10. Ostali Imunokromatografski testovi stavke 4-6 Izdvojiti iz ove grupe zbog mogućnost nuđenja jednog ponuditelja.

Stručno povjerenstvo je djelomično prihvatilo prijedlog gospodarskog subjekta, te će izdvojiti stavke 5. i 7. navedene grupe, u grupu Brzi imunokromatografski testovi za dijagnostiku aspergiloze.

Za grupu 11. Latex testovi, stavka 1. uputa da je isto dostupno kod jednog ponuditelja i proizvođača.

Stručno povjerenstvo zaključilo da navod nije u potpunosti definiran.

BIOGNOST d.o.o.

Za grupu 3. Krvni derivati - konjska i ovčja krv i derivati, predlaže izmjenu mjerne jedinice u ml, uvjet isporuke krvnih derivata u hladnom lancu (2-8 °C) , zatražiti certifikat ISO 9001, zatražiti upute na hrvatskom jeziku.

Stručno povjerenstvo djelomično je prihvatilo je prijedlog te sukladno tome izmijenilo opis u tehničkim specifikacijama.

BOMILAB d.o.o

Za grupu 4. Antigeni, serumi i antiserumi, predlaže Izmjena jedinice mjere u broj testova umjesto ml.

Stručno povjerenstvo ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta obzirom da se broj testova za dijagnostiku nemože točno definirati zbog specifičnosti serotipizacijske metode.

Stavke 18.,19. i 20. zbog različitih kombinacija plivalentnih E.Coli seruma kod različitih proizvođača, predlažu da se opis standardizira na: "E.coli – pool 1-3" uz navođenje da tri pola zbirno sadrže tražene kombinacije.

Stručno povjerenstvo prihvatilo je prijedlog gospodarskog subjekta te sukladno tome izmijenilo opis u tehničkoj specifikaciji.

Grupa 9. Imunokromatografski testovi, stavka 4. C. difficile toxin GDH – Toxin A+B

Radi kvalitete i jasnijeg definiranja vrste testa, predlažemo dodavanje opisa:

“Brzi membranski EIA (‘lateral-flow EIA’) test za istodobnu detekciju Clostridium difficile glutamat dehidrogenaze (GDH) antigena te toksina A i B u jednoj reakciji iz uzorka stolice imunoenzimskim postupkom.”

Stručno povjerenstvo ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta iz razloga jer je GDH screening test I toxin antigen AIB se određuje samo kod pozitivnih nalaza GDH antigena.

Grupa 10. Ostali Imunokromatografski testovi, stavka 4. Verotoxin 1–2

U svrhu preciznijeg definiranja tehničkih karakteristika i kvalitete testa, predlažemo dodavanje opisa: "Brzi membranski imunotest za kvalitativnu detekciju i diferencijaciju Shiga toksina 1 i Shiga toksina 2, uz mogućnost detekcije toksina izravno iz stolice ili nakon kultivacije. Test omogućuje analizu stolice i bakterijske kulture u bujonu."

Stručno povjerenstvo prihvatilo prijedlog te izmijenilo opis u tehničkoj specifikaciji

Grupa 25. Reagensi za uzgoj, antibiotski diskovi i kemikalije za identifikaciju

Prijedlog gospodarskog subjekta je da se stavke 8., 9. i 10. razdvoje u troškovniku jer navedene stavke čine zasebnu funkcionalnu cjelinu.

Stručno povjerenstvo prihvatilo je prijedlog gospodarskog subjekta.

Za grupu 48. Reagensi i potrošni materijal za instrument LightCycler 480 , ponuditelj predlaže odvajanje potrošnog materijala (stavke 7, 8 i 9) od ostalih stavki.

Stručno povjerenstvo navodi da se radi o artiklima koji se odnose na uređaj koji se nalazi na korištenju u zdravstvenoj ustanovi.

MEDICAL INTERTRADE d.o.o.

Za grupu 4. Antigeni, serumi i antiserumi, predlaže da se stavke 13, 14, 18-21 i 28-32 izdvoje u zasebnu grupu. Izdvajanjem bi se postiglo povećanje tržišnog natjecanja uz zadržavanje iste razine kvalitete.

Stručno povjerenstvo prihvatilo je navedeni prijedlog i otvorilo nove grupe.

Za grupu 11 Latex testovi. , Stavka 2. i 3. prijedlog izdvajanja stavke u zasebnu grupu. Izdvajanjem bi se postiglo povećanje tržišnog natjecanja uz zadržavanje iste razine kvalitete.

Stručno povjerenstvo ne prihvaća prijedlog budući da testovi pripadaju istoj dijagnostičkoj skupini.

Grupa 25. Reagensi za uzgoj, antibiotski diskovi i kemikalije za identifikaciju

Gospodarski subjekt predlaže brisanje oblika pakiranja iz opisa stavke jer različiti proizvođači imaju različite oblike pakiranja. Predlažemo da jedinicu mjere definirate kao kom što podrazumijeva 1 disk.

Stručno povjerenstvo djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Naručitelj će izvršiti izmjenu tehničke specifikacije i troškovnika na način da se brišu fiksni oblici pakiranja (npr. 2x30 diskova). Međutim, Naručitelj zadržava definiciju jedinice mjere 'komad' kao jedno originalno komercijalno pakiranje proizvođača, radi očuvanja integriteta i sterilnosti testova. Ponuditelji mogu ponuditi bilo koje komercijalno pakiranje proizvođača.

A&B d.o.o

Za grupu 9. Imunokromatografski testovi, predlaže da se brišu stavke 13.-15. budući da iste više nisu dostupne.

Stručno povjerenstvo prihvatilo je prijedlog ponuditelja.

Za grupu 19. Reagensi, testovi i potrošni materijal za aparat Vidas ponuditelj je predložio brisanje stavke 8, 9,33 i 36 budući da iste više neće biti dostupne, te izmjenu naziva stavke 32. s novom verzijom proizvoda "HIV DUO Ag/Ab".

Stručno povjerenstvo prihvatilo je prijedlog ponuditelja.

Molimo dodati i uređaj BACT/ALERT VIRTUO u naslov grupe 43. budući da ga određeni korisnici imaju na korištenju.

Stručno povjerenstvo prihvatilo je prijedlog ponuditelja.

Prijedlozi gospodarskog subjekta za grupu 45. Reagensi i potrošni materijal uz aparat Vitek 2 vezano uz izmjenju opisa naziva stavki 5.,6.,7., na nove verzije stručno povjerenstvo prihvaća.

COPAN ZAGREB d.o.o.

Za grupu 13. Opća laboratorijska plastika i pribor, stavka 6. prijedlog izmjene traženog pakiranja kako bi više ponuditelja moglo sudjelovati u natječaju, npr. 17,1X120 mm PAK VREĆICA 40 KOM, KUTIJA 800 KOM ILI dimenzije 16,5X121 mm PAK VREĆICA 25 KOM, KUTIJA 500 KOM

Stručno povjerenstvo prihvatilo prijedlog pakiranja vrećica 40 komada, kutija 800 kom.

LABOR ET MEDICINA d.o.o.

Za grupu 16. Nastavci za Eppendorf pipetu za neakreditirane laboratorije, za stavku 11 i 12 prijedlog gospodarskog subjekta je izmjena duljine nastavka na "maksimalne duljine do 77 mm".

Stručno povjerenstvo nije prihvatilo prijedlog.

Za grupu 17 Ostali plastični potrošni materijal, stavka 1. ponuditelj je dostavio upit za koje mikrotube su kutije?

Stručno povjerenstvo navodi da se radi o univerzalnim kutijama.

HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o.

Predlaže da se otvore tablice grupe 20. Testovi i potrošni materijal za Cobas uređaje ili jednakovrijedno, da se mogu javiti i ponuđači drugog uređaja a ne samo COBAS, što znači da iz naziva treba maknuti Imunodijagnostički testovi i potrošni materijal za Cobas e411.

Stručno povjerenstvo ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta budući iz postupaka zajedničke nabave izuzima se nabava reagensa, testova i potrošnog materijala za aparate koji se planiranju u budućnosti koristiti u zdravstvenim ustanovama. Nabava se odnosi samo na nabavu reagensa za aparate koji se već nalaze na korištenju u zdravstvenoj ustanovi.

Predlaže da se iz grupe 30., Reagensi, testovi i potrošni materijal za aparat Atellica ili jednakovrijedan, izbaci iz naziva artikala izbaci početak naziva BN ProSpec-N-.

Stručno povjerenstvo prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta da izbaci početak naziva BN ProSpec-N-, te u napomeni navodi da se aparat već nalazi na korištenju u zdravstvenoj ustanovi KBC Rijeka.

BIOMEDICA DIJAGNOSTIKA d.o.o.

Grupa 20. Testovi i potrošni materijal za Cobas uređaje ili jednakovrijedno , prijedlog gospodarskog subjekta za uvođenjem novog uređaja i reagensa se ne prihvaća budući da se nabava odnosi samo na nabavu reagensa za aparate koji se već nalaze na korištenju u zdravstvenoj ustanovi.

Grupa 23. Testovi za molekularnu detekciju uzročnika po sindromima za Multiparametrijski PCR uređaj ili jednakovrijedan, ponuditelj predlaže izmjenu stavke 1., 2., i 3.

Stavka 1. Prijedlog izmjene stavke:

Liofiliziran test koji unutar 15 minuta u sebi objedinjuje ekstrakciju, amplifikaciju i detekciju minimalno 7 bakterijskih patogena donjeg respiratornog trakta iz uzoraka alveolarne lavažne tekućine ili ispljuvka uključujući internu endogenu kontrolu - Multiplex qPCR, CE/IVD, A 24/1 jed.mjere kit

Stručno povjerenstvo ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta budući da je za stavku 1. Naručitelj traži test koji objedinjuje ekstrakciju, amplifikaciju i detekciju za minimalno 30 patogena (bakterije i gljive) i za 10 kliničkih značajnih mehanizama rezistencije (minimalno vanA/B, CTX-M, mecA/C, MREJ, mcr-1, VIM, OX-48, IMP i KPC) iz pozitivne hemokulture.

Stavka 2. Prijedlog gospodarskog subjekta izmjena stavke:

Liofiliziran test koji unutar 15 minuta u sebi objedinjuje ekstrakciju, amplifikaciju i detekciju 2019-nCoV/FluA/FluB/RSV iz uzoraka brisa nazofarinksa i orofarinksa uključujući internu endogenu kontrolu - Multiplex qPCR, CE/IVD, A 24/1 (kit)

Stručno povjerenstvo ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta budući da je za stavku 2. Naručitelj traži test koji objedinjuje minimalno 15 virusa i 4 najznačajnijih bakterija iz brisa nazofarinksa (uključujući B. parapertussis, SARS-CoV-2 i MERS Coronavirus)

Stavka 3. Prijedlog gospodarskog subjekta izmjena stavke:

iofiliziran test koji unutar 15 minuta u sebi objedinjuje ekstrakciju, amplifikaciju i detekciju minimalno 6 virusnih patogena, M. pneumoniae i internu endogenu kontrolu za brzu i diferencijalnu dijagnostiku akutnih respiratornih infekcija iz uzoraka brisa nazofarinksa i orofarinksa - Multiplex qPCR, CE/IVD, A 24/1 (kit)

Stručno povjerenstvo ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta budući da je za stavku 3. Naručitelj traži test koji objedinjuje ekstrakciju, amplifikaciju i detekciju za minimalno 10 najčešćih uzročnika (bakterije i virusi, uključujući CMV) meningitisa i encefalitisa iz likvora.

Predlaže za grupu 32. Testovi i potrošni materijal za aparat VirCia uvođenje novih artikala za aparat koji je već na korištenju u zdravstvenim ustanovama.

Stručno povjerenstvo prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta samo u dijelu kojeg su zdravstvene ustanove iskazale u tehničkim specifikacijama. Budući da se nabava odnosi samo na nabavu reagensa za aparate koji se već nalaze na korištenju u zdravstvenoj ustanovi.

ROCHE d.o.o

Prijedlog brisanja grupe 27. Testovi i potrošni materijal za molekularno testiranje na potpuno automatiziranom sustavu za izolaciju nukleinskih kiselina i amplifikaciju u realnom vremenu

Stručno povjerenstvo nije prihvatilo brisanje navedene grupe zbog objedinjavanja s ostalim korisnicima.

Prijedlog za grupu 28. Testovi i kontrole za detekciju virusa SARS-COV-2 i ostali testovi za PCR instrument COBAS LIAT ili jednakovrijedno uvođenje novih artikala za aparat na korištenju.

Stručno povjerenstvo prihvaća uvođenje novih artikala bez navođenja kataloških brojeva te brisanje artikla koji se više ne proizvodi (Stavka 2. Test SARS COV-2 I influenza A/B I Stavka kao I stavku 7. Kontrola za navedeni test). Reagensi se nabavljaju za uređaje koji su već na korištenju u ustanovi.

Za grupu 48. Reagensi i potrošni materijal za instrument LightCycler 480, ponuditelj predlaže brisanje stavki koje više ne proizvode te uvođenje novih artikala u zamjenu za iste.

Stručno povjerenstvo prihvatilo je prijedlog gospodarskog subjekta.

Za grupu 51. Reagensi, testovi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas 6800, prijedlog gospodarskog subjekta je uvođenje novih artikala za uređaj koji zdravstvena ustanova ima na korištenju.

Stručno povjerenstvo prihvatilo je prijedlog.

Za grupu 54. Potrošni materijal za analizator cobas z480, prijedlog gospodarskog subjekta je brisanje testova koji su razdvojeni i više se ne proizvode, te uvođenje novih artikala za uređaj koji zdravstvena ustanova ima na korištenju

Stručno povjerenstvo prihvatilo je prijedlog gospodarskog subjekta.

BIOMAX d.o.o.

Prijedlog gospodarskog subjekta da se za grupe gdje se traži uređaj na korištenje ispod tablice troškovnika navedete detaljne tehničke specifikacije uređaja te da je potrebna potvrda proizvođača za tehničku i aplikativnu podršku te dokazi o stručnoj osposobljenosti servisera.

Stručno povjerenstvo navodi da se reagensi, testovi i potrošni materijal za mikrobiologiju nabava za zdravstvene ustanove provodi samo za nabavu reagensa za aparate koji se već nalaze na korištenju u zdravstvenoj ustanovi.

BIOSPECTRA d.o.o.

Za grupu 40: Komplet reagensa za aparat GeneRotex 96, predlaže se dodati novu stavku u postojeću grupu.

Stručno povjerenstvo prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta budući da se radi o dodatnom pakiranju.

Prijedlog izmjene odnosno dodatnog reagensa istog proizvođača, validiranog pri postojećim korisnicima obzirom na potrebe dijagnostike od strane stručnog povjerenstva prihvaća se za grupu 41. Reagensi za određivanje Sars-Cov-2 (Covid-19) PCR metodom, u humanim uzorcima iz dišnog sustava, za detekciju minimalno 3 gena: E, N i RDRP istovremeno - aparat MIC qPCR Cycler.

LABOMAR d.o.o.

Za grupu 59. Koncentrator stolice, predlaže se izmjena opisa u tehničkoj specifikaciji stavke 1. na način da ista glasi:

Jednokratni dijagnostički sustav za koncentriranje crijevnih parazita bez formaldehida. Potpuno zatvoren sustav s uključenim reagensima.

Netoksični, ekološki prihvatljiv. Jednokratna upotreba koja ne zahtjeva čišćenje. Epruvete već napunjene s reagensom u koji se dodaje uzorak stolice. Metalni ili plastični veličine pora 220 µm ± 5%.

Stručno povjerenstvo prihvatilo je prijedlog gospodarskog subjekta, te sljedom toga izmijenilo opis u tehničkoj specifikaciji.

Temeljem prihvaćenih prijedloga izrađena je konačna verzija tehničkih specifikacija koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
<https://www.hzjz.hr/analiza-trzista/>.

Konačna verzija tehničkih specifikacija biti će poslana svim obveznicima zajedničke nabave na iskazivanje potreba.

Članovi stručnog povjerenstva za tehničke konzultacije:

1. Ivana Pinter, dipl.iur., HZJZ
2. Marija Herceg, dipl. iur., HZJZ
3. Danijel Trumbtaš, dipl. oec., HZJZ
4. Ljilja Ljubičić, dipl.ing.chem., univ.mag.admin.sanit., HZJZ
5. Vesna Ožanić Šinkovec, mag.oec., HZJZ
6. Ina Štander, dipl. oec., univ. mag. admin. sanit., HZJZ
7. Višnja Batur, mag.med.biochem., HZJZ
8. izv.prof.dr.s.c Tatjana Vilibić-Čavlek, prim dr.med. HZJZ
9. mr.sc. Selma Bošnjak, dr.med., HZJZ
10. izv.prof.dr.sc. Mario Sviben, dr. med., HZJZ
11. doc.dr.sc. Ljiljana Žmak, prim.dr.med., HZJZ
12. dr.sc. Andrea Babić-Erceg, prim.dr.med., HZJZ
13. Ivana Ferenčak, dr.med., HZJZ
14. dr.sc. Irena Tabain, dr.med., HZJZ
15. dr.sc. Mihaela Obrovac, mag.med.bichem., HZJZ
16. Tajana Juzbašić, dr.med., HZJZ
17. dr.sc. Maja Bogdanić, dr.med., HZJZ
18. prim. Ana Gverić Grginić, dr.med. HZJZ
19. prim.dr.sc. Iva Butić, dr.med., Klinika za infektivne bolesti „dr. Fran Mihaljević“
20. dr.sc. Ivan-Christian Kurolt, mag.biol.mol., Klinika za infektivne bolesti „dr. Fran Mihaljević“

21. Nataša Cetinić Balent, dr.med., Klinika za infektivne bolesti „dr. Fran Mihaljević“
22. izv.prof.dr.sc. Snježana Židovec Lepej, Klinika za infektivne bolesti „dr. Fran Mihaljević“
23. Ana Nikić Hecer, dr.med., KBC Sestre Milosrdnice
24. prof.dr.sc. Domagoj Drenjančević, dr.med., KBC Osijek
25. prof.dr.sc. Maja Abram, dr.med., KBC Rijeka
26. Vjekoslava Divjak, mag.med.lab.diag., KBC Rijeka
27. dr.sc. Marija Tonkić, dr.med., KBC Split
28. prof.dr.sc. Zrinka Bošnjak, dr.med., KBC Zagreb

Privitak:

1. Tehničke specifikacije nakon tehničkih konzultacija

Dostaviti:

1. Članovima Stručnog povjerenstva
2. Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, stručnoj javnosti i javnim zdravstvenim ustanovama, obveznicama zajedničke nabave, putem službene web stranice HZJZ-a
3. Pismohrana